

## Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

l.p	RODZAJ SPRZĘTU	SPECYFIKACJA SPRZĘTU	PRZYKŁADOWY SPRZĘT	LICZBA SZTUK
a)	APARAT DO MASAŻU WIBRACYJNEGO	Urządzenie powinno posiadać: - pokrętło zapewniające szybki wybór parametrów - aplikatory 5cm - aplikator 9,5cm - przewód pacjenta - elektroda bierna - karta terapeutyczna - ładowarka	DEEP OSCILLATION	1
b)	POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PRZENOŚNE	Urządzenie powinno: - emitować pole magnetyczne niskiej częstotliwości w dużych dawkach 100mT. - zasilanie: wewnętrzne - baterie - waga urządzenia: max 1 kg	MAGCELL ARTHRO	1